

БАЊА ЛУКА

Датум: 11.11.2022. године

На основу члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ”, број 39/14), на Приједлог Комисије за јавну набавку број: 03/2-6585/12-22/1 од 11.01.2022. године, у поступку јавне набавке: „Разни електромагнетни и ултразвучни мјерачи протока и притиска и детектор каблова и инсталација“ – **ЛОТ 1 – Ултразвучни преносни мјерач протока**, Управа „Водовода“ а.д. Бања Лука је дана 11.11.2022. године донијела

### ОДЛУКУ о поништењу поступка набавке

#### Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке робе: „Разни електромагнетни и ултразвучни мјерачи протока и притиска и детектор каблова и инсталација“ – **ЛОТ 1 – Ултразвучни преносни мјерач протока**, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива, у складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

#### Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Сектор за комерцијалне послове.

#### Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-страници уговорног органа [www. vodovod-bl.com](http://www.vodovod-bl.com).

### Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 03/2-6585/1-22 од 28.09.2022. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 28.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 966-1-1-497-3-163/22 објављено је на Порталу јавних набавки дана 05.10.2022. године.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 03/2-6585/2-22 од 28.09.2022. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи друштва дана 11.01.2022. године Записник о оцјени понуда број: 03/2-6585/12-22/1 којим предлаже да се поништи поступак јавне набавке „Разни електромагнетни и ултразвучни мјерачи протока и притиска и детектор каблова и инсталација“ – **ЛОТ 1 – Ултразвучни преносни мјерач протока**“.

У поступку по извјештају о раду је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену пристиглих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда 4;
- да су све понуде благовремено запримљене.

Подаци о благовремено запримљеним понудама:

Р.бр.	Назив понуђача	Дан и сат пријема понуда
1.	„NEXIS“ d.o.o. Sarajevo	19.10.2022. / 10:15 h
2.	„HYDRA LUKA 2007“ d.o.o. Zagreb	19.10.2022. / 10:15 h
3.	„AQUA INTERMA inženjering“ d.o.o. Beograd	21.10.2022. / 10:57 h
4.	„INTIS ENGINEERING“ d.o.o. Mostar	24.10.2022. / 08:50 h

Комисија је након прегледа и оцјене пристиглих понуда констатује да:

Комисија је након прегледа и оцјене пристиглих понуда констатује следеће:

**Понуда понуђача „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo је неисправна.**

Чланом 6. („Количина предмета набавке и техничка спецификација“) у тендерској документацији наведене су техничке карактеристике које мора да задовољавају ултразвучни преносни мјерачи протока. У тендерској документацији је захтјевана брзина мјерења у распону 0,01-12 м/с док је понуђен уређај који мјери проток до 10 м/с. Захтјевано је мјерење у цијевима пречника ф15-6000мм до је понуђен уређај са распоном ф32-6000мм. Затјеване су интегрисане Li-Ion батерије за минимално 30 сати непрекидног рада док је понуђен уређај са 12 сати непрекидног рада са 3 ААА уграђене Ni-MH батерије. Тражен је уређај који има капацитет меморије од минимално 300.000 измјерених вриједности док је понуђен уређај који похрањује 2.000 измјерених вриједности. Такође из приложеног извода из каталога није могуће утврдити да ли понуђени уређај задовољава неке од тражених карактеристика (нема података о интервалу мјерења, нема података који је формат података мјерења, не наводи се степен заштите кофера).

Понуда понуђача „NEXIS“ d.o.o. Sarajevo се на основу члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ, број 39/14) одбацује као неисправна, из разлога што је наведени понуђач доставио понуду која не испуњава захтјеве из члана 6. тендерске документације.

**Понуда понуђача „AQUA INTERMA INŽENJERING“ d.o.o. Beograd је неисправна.**

Чланом 6. („Количина предмета набавке и техничка спецификација“) у тендерској документацији наведене су техничке карактеристике које мора да задовољавају ултразвучни преносни мјерачи протока. У тендерској документацији затјеване су интегрисане Li-Ion батерије за минимално 30 сати непрекидног рада док је понуђен уређај са могућности 10 сати непрекидног рада. Тражен је уређај који има интервал мјерења у распону 1 сек – 1 сат, док је понуђен уређај са распоном 1 сек – 1 мин.

Даље, температура мјерења понуђеног уређаја је у распону од -40 С до +80 С док је захтјеван уређај са максималном температуром до 150 С.

На основу наведеног, понуда понуђача „**AQUA INTERMA INŽENJING**“ d.o.o. **Beograd** се на основу члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ, број 39/14) одбацује као неисправна, из разлога што је наведени понуђач доставио понуду која не испуњава захтјеве из члана 6. тендерске документације.

**Понуда понуђача „INTIS ENGINEERING“ d.o.o. Mostar је неисправна.**

Чланом 6. („Количина предмета набавке и техничка спецификација“) у тендерској документацији наведене су техничке карактеристике које мора да задовољавају ултразвучни преносни мјерачи протока. У тендерској документацији захтјеване су интегрисане Li-Ion батерије за минимално 30 сати непрекидног рада док је понуђен уређај са могућности 16 сати непрекидног рада. Захтјевано је мјерење у цијевима пречника ф15-6000мм до је понуђен уређај са распоном ф12-4000мм. Такође из приложеног извода из каталога није могуће утврдити да ли понуђени уређај задовољава неке од тражених карактеристика (нема података о интервалу мјерења, нема података који је формат података мјерења, нема података о врсти течности у којима су могућа мјерења).

На основу наведеног, понуда понуђача „**INTIS ENGINEERING**“ d.o.o. **Mostar** се на основу члана 68. став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ, број 39/14) одбацује као неисправна, из разлога што је наведени понуђач доставио понуду која не испуњава захтјеве из члана 6. тендерске документације.

**Понуда понуђача „HYDRA LUKA 2000“ d.o.o. Zagreb је неисправна.**

Чланом 9. („Лична способност(члан 45. ЗЈН БиХ)“) је прописана обавеза достављана попуњене изјаве код надлежног органа у сврху доказивања услова из тачке а) до д) из члана 45. ЗЈН БиХ. Такође, чланом 45. став (4) је ЗЈН БиХ је наведено „Кандидат/понуђач у сврху доказа о испуњавању услова из става (1) овог члана дужан је доставити изјаву овјерену код надлежног органа, у форми и на начин који прописује Агенција подзаконским актом“. Понуђач „**HYDRA LUKA 2000**“ d.o.o. **Zagreb** је доставио изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) коју није овјерио код надлежног органа, те његова понуда не испуњава услове тачке 9. тендерске документације.

На основу наведеног, понуда понуђача „**HYDRA LUKA 2000**“ d.o.o. **Zagreb** се на основу члана 68. став 4. тачка и) и члана 45. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гласник БиХ, број 39/14) одбацује као неисправна.

На основу члана 69. став 2. под д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине («Сл. гласник БиХ бр. 39/14») Комисија за набавку је предложила Управи друштва да донесе одлуку о поништењу поступака јавне набавке робе: „Разни електромагнетни и ултразвучни мјерачи протока и притиска и детектор каблова и инсталација“ – **ЛОТ 1 – Ултразвучни преносни мјерач протока**“.

Надаље, у поступку оцјеневеденог поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ**

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.



в.д. ДИРЕКТОРА

**Предраг Дудуковић, мастер менаџмента**

Доставити:

- Управи друштва,
- Сектору за ком. послове,
- Архиви,
- Свим понуђачима (x 4).