

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), на Приједлог Комисије за јавну набавку број: 03/2-3282/10-23 од 07.07.2023. године, у поступку јавне набавке: „Ултразвучни преносни мјерачи протока“, Управа „Водовода“ а.д. Бања Лука је дана 13.07.2023. године донијела

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке

Члан 1.

Прихвата се Приједлог Комисије за јавне набавке, број: 03/2-3282/10-23 од 07.07.2023. године и уговор за јавну набавку: „Ултразвучни преносни мјерачи протока“, додјељује се понуђачу: „ЕМТелектро инжењеринг“ д.о.о. Брчко, понуда број: 0409-А/23 од 05.06.2023. године, за коначну цијену 22.372,00 КМ без ПДВ-а, након проведе е-аукције.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу, по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када сви понуђачи буду обавијештени о избору најповољније понуде.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Сектор за комерцијалне послове.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.vodovod-bl.com и истовремено се доставља понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) и члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 03/2-3282/2-23 од 11.05.2023. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 28.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 966-1-1-186-3-55/23 објављено је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2023. године.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 03/2-3282/3-22 од 11.05.2023. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 07.07.2023. године Записник о оцјени понуда број: 03/2-3282/10-23 којим предлаже да се у предмету јавне набавке: „Ултразвучни преносни мјерачи протока“ уговор додјели понуђачу „ЕМТелектро инжењеринг“ д.о.о. Брчко, за понуђену цијену **22.372,00 КМ без ПДВ-а**.

У поступку по извјештају о раду је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће:

- да је укупан број пристиглих понуда 5;
- да су све понуде благовремено запримљене.

Комисија након прегледа и оцјене пристиглих понуда констатује следеће:

1. Цијена понуде понуђача „VmS group“ d.o.o. Sarajevo је **знатно већа од процјењене вриједности и обезбјеђених средстава за ову набавку** (укупна цијена понуде је 38.880,00 КМ, а процијењена вриједност јавне набавке је 28.000,00 КМ), те на основу члана 2. став (1) под л) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ бр. 39/14“ и 59/22) понуда понуђача „VmS group“ d.o.o. Sarajevo се **одбацује као неприхватљива**.
2. **Понуда понуђача „INTERKONT KOMERC“ d.o.o. Trn, Laktaši је неправилна како слиједи.** Уговорни орган је у тачки 6. тендерске документације („Количина предмета набавке и техничка спецификација“) прописао минималне техничке карактеристике које морају да посједују захтјевани ултразвучни мејрачи протока. Такође, као саставни дио тендерске документације уговорни орган је приложио Анекс-4 (технички захтјеви и спецификације) гдје је уговорни орган у једну колону унио захтјевани минимум техничких карактеристика ултразвучних преносних мјерача протока, док је у другој оставио простор да понуђачи напишу техничке карактеристике понуђених уређаја (а на основу достављених каталога, извода из каталога или достављених спецификација). Наиме понуђени уређај не задовољава тражени минимум техничких услова наведених у тендерској документацији у следећим тачкама:
 - тражен је интервал мјерења у распону од 1 секунда до 1 сата, а понуђен уређај са распоном мјерења од 1 секунде до 60 секунди;
 - тражен је распон брзине мјерења од 0,01 м/с до 25 м/с док је понуђен уређај са распоном мјерења од 0,01 м/с до 12 м/с;
 - тражен је уређај са батеријом са минимално 48 сати непрекидног рада, док је понуђен уређај са 10 сати непрекидног рада главне батерије.

Из наведених разлога, а у складу са чланом 68. став (4) под и) понуда понуда понуђача „INTERKONT KOMERC“ d.o.o. Trn, Laktaši се **одбацује као неправилна**.

3. Понуда понуђача „INTIS ENGINEERING“ d.o.o. Mostar је неправилна како слиједи. Уговорни орган је у тачки 6. тендерске документације („Количина предмета набавке и техничка спецификација“) прописао минималне техничке карактеристике које морају да посједују захтјевани ултразвучни мејрачи протока. Такође, као саставни дио тендерске документације уговорни орган је приложио Анекс-4 (технички захтјеви и спецификације) гдје је уговорни орган у једну колону унио захтјевани минимум техничких карактеристика ултразвучних преносних мјерача протока, док је у другој оставио простор да понуђачи напишу техничке карактеристике понуђених уређаја (а на основу достављених каталога, извода из каталога или достављених спецификација). Наиме понуђени уређај не задовољава тражени минимум техничких услова наведених у тендерској документацији у следећим тачкама:

- тражен је интервал мјерења у распону од 1 секунда до 1 сата, а понуђен уређај са распонем мјерења од 10 секунди до 1 сата;
- тражен је распон брзине мјерења од 0,01 м/с до 25 м/с док је понуђен уређај са распонем мјерења од 0,031 м/с до 6,2 м/с;
- тражен је уређај са батеријом са минимално 48 сати непрекидног рада, док понуђач није навео колики период трајања главне батерије, нити се из приложеног извода из каталога може утврдити;
- тражен је распон мјерења на цијевим прачника ф15-6000мм, а понуђен уређај који може радити на распону од ф25,4-4500мм;
- захтјевано је упутство на СРБ/БХ/ХР језику док понуђач то не нуди;
- захтјевана је паста за сензоре, а понуђач не нуди захтјевану пасту;

Такође, понуђач је у Анексу-4 ТД пропустио да попуни колоне:

-за врсту материјала цијеви у којима се може користити ултразвучни мјерач протока;

-да ли нуди кабал за комуникацију или читач меморијске картице;

-да ли нуди таблице са профилима стандардних цјеводода и фазонских комада.

Из свих наведених разлога, а у складу са чланом 68. став (4) под и) понуда понуђача „INTIS ENGINEERING“ d.o.o. Mostar се одбацује као неправилна.

Понуда понуђача „ЕМТелектро инжењеринг“ д.о.о. Брчко и „HYDRA LUKA 2007“ d.o.o. Zagreb су технички задовољавајуће и испуњавају све услове прописане тендерском документацијом па су квалификоване за учешће у е-аукцији.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због примјене критеријума **најнижа цијена (е-аукција)**.

Ранг-листа понуђача након спроведене е-аукције:

Р.бр.	Назив понуђача	Коначна цијена	Умањење цијене
1.	„ЕМТелектро инжењеринг“ д.о.о. Брчко	22.372,00 КМ	20,04 %
2.	„HYDRA LUKA 2007“ д.о.о. Zagreb	22.400,00 КМ	19,71%

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б) (критеријум за додјелу уговора је „најнижа цијена“) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.

в.д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Жељко Раљић, мастер ен. и саоб. машинства

в.д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ

Чедо Шеварика, дипл. економиста

Доставити:

- Управи друштва,
- Сектору за ком. послове,
- Архиви,
- Свим понуђачима (x5).

в.д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Жељко Травар, дипл. правник

в.д. ДИРЕКТОРА

Предраг Лукиковић, мастер менаџмента

